

血液培養ボトル発注本数調整のお願い (緊急のお知らせ)

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

このたび、血液培養ボトルの販売会社より、プラスチックボトルの供給に3か月程度の遅延が発生したため、一時的に出荷を通常の50%程度に制限をする見込みと報告がありました。そのため、発注いただく際は、必要最低限の本数に調整いただくようご協力をお願いいたします。

先生方には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承賜りますよう、よろしくお申し上げます。

記

■実施日 令和6年7月5日(金) 発注分より

■対象容器

容器番号	28
容器名称	カルチャーボトルセット(好気・嫌気・小児)

■内容

・**必要最低限の本数にて発注をお願いします。**

* 従来通りの発注が可能となりましたら、改めてご案内させていただきます。

裏面に試薬販売会社のお知らせ文を掲載



令和6年7月3日

お客様各位

日本バクソン・ディッキンソン株式会社
インテグレイテッド ダイアグノスティック ソリューションズ事業部

「BD バクテック™ 血液培養ボトル」出荷調整のお知らせとお詫び(第一報)

拝啓 時下益々清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、下記「BD バクテック™ 血液培養ボトル」におきまして、米国本社より、供給元からの同製品の原材料であるプラスチックボトルの供給に3ヶ月程度の遅延が発生したため、今後の製造と出荷が通常時の50%程度に制限される見込みであるとの報告を受けました。このことにより、当面の間、世界的にすべての需要を満たすことが困難な状況となりました。つきましては誠に勝手ながら本日より出荷調整を実施させていただきますことをお知らせいたします。

なお、弊社では現在、供給元と協働して早期に問題を解決できるよう取り組んでおります。

同問題に関しては、日本臨床微生物学会、日本感染症学会に報告を行っており、2024年7月3日に両学会連名で下記のサイトより「BD バクテック™ 血液培養ボトル」出荷調整への対応について」のお知らせを掲載いただいております。

一般社団法人日本臨床微生物学会：<https://www.jscm.org/>

一般社団法人日本感染症学会：<https://www.kansensho.or.jp/>

今後の供給の見込み、および出荷調整の解除時期につきましては、詳細な情報が入り次第、改めてご連絡申し上げます。

多大なご迷惑おかけいたしますことを深くお詫び申し上げますとともに、事情をご賢察の上、何卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬具