

新規実施項目のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、新たに下記の項目が受託可能となりましたのでご案内いたします。
ご利用いただきますよう、お願い申し上げます。

記

■実施日 令和6年11月12日(火) ご依頼分より

■新規実施項目

項目コード	検査項目	検査方法	基準範囲(単位)	検体量(mL)	容器	保存	所要日数	実施料	判断料
8209-23	マイコプラズマ核酸同定	QProbe法	検出せず	咽頭ぬぐい液	r	冷蔵	2~3	291	150(微生物)

■受託中止項目

令和6年11月11日(月) 依頼分をもって受託中止とさせていただきます。

総合検査案内頁	項目コード	検査項目	検査方法
p35	6016-21 6016-23	マイコプラズマニューモニエDNA	LAMP法

* 病院セットでご依頼の場合は、11月12日(火)より QProbe 法へ自動的に変更となります。

詳細については裏面をご覧ください。

●マイコプラズマ核酸同定[QProbe 法]

マイコプラズマ・ニューモニエ DNA 検出およびマクロライド系抗菌薬に耐性を示す23SrRNA 遺伝子ドメイン V 領域の変異の有無が検出可能となります。

マイコプラズマ・ニューモニエの23SrRNA 遺伝子の2063位、2064位、2067位のいずれかに変異があった場合に、「(+)変異」で報告します(変異型の判別はできません)。

▼新法と現法の比較

		旧法(LAMP 法)		計
		(+)	検出せず	
新法 (QProbe 法)	(+)	12	0	12
	検出せず	0	13	13
計		12	13	25

一致率 100%

▼報告書見本

検査報告書

131 999999-05 住 新千田町...
氏名 テスト 患者様 男 施設名 広島市医師会診療所 [SAMPLE]...
備考 45歳 診療科
カルテ番号 1234567890 病棟
受付番号 28-701284001 受付日 24年10月28日 提出日
採取日 24年10月28日 報告日 24年10月30日

項目名	検査結果	参考基準値	単位	検
マイコプラズマ核酸	検出せず	参考基準値参照		2

【参考基準値】
マイコプラズマ核酸 基準範囲 検出せず

【陽性結果解釈】
(+)野生:マクロライド感受性のマイコプラズマを検出。
(+)変異:マクロライド耐性のマイコプラズマを検出。
(+)混合:マクロライド感受性と耐性のマイコプラズマを検出。

※(+)混合にはコメント「野生型および変異型を認める」が付記されます

ご報告は完了です

検査責任者 橋本 健 1/1
1 エスアールエルセンターラボナード
2 岡山臨床検査センター
一般社団法人広島市医師会臨床検査センター

【参考基準値】
マイコプラズマ核酸 基準範囲 検出せず

【陽性結果解釈】
(+)野生:マクロライド感受性のマイコプラズマを検出。
(+)変異:マクロライド耐性のマイコプラズマを検出。
(+)混合:マクロライド感受性と耐性のマイコプラズマを検出。

※(+)混合にはコメント「野生型および変異型を認める」が付記されます